#### PROTOCOLLO DI UTILIZZO

# **OSANISYSTEM**

## **DDV - DISPOSITIVO DI DISINFEZIONE A VAPORE**CONFORME ALLA NORMA AFNOR NF T72-110<sup>1</sup>

#### COME PROCEDERE CON L'APPARECCHIO PRONTO ALL'USO





ATTENZIONE! QUESTO PROTOCOLLO NON SOSTITUISCE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE RIPORTATE SUL MANUALE D'USO E SULL'APPARECCHIO: LEGGERLE PRIMA DELL'USO.

- Prima di iniziare il trattamento, pulire se necessario con il metodo più adeguato le superfici e i tessuti rimuovendo sporco e polvere.
- Qualora l'apparecchio sia dotato di regolazione vapore in quanto utilizzabile anche come pulitore a vapore - impostare la stessa su un livello medio o, in presenza di programmi preimpostati, fare riferimento al manuale di istruzione.
- Riscaldamento della pistola: al primo utilizzo erogare il vapore "a perdere" per circa 30 secondi verso il basso per raggiungere la temperatura e la pressione ottimale di esercizio.
  Dopo ogni pausa, prima di trattare superfici o tessuti, erogare il vapore "a perdere" per soli 2 secondi.

#### **SCEGLI L'OPERAZIONE CHE VUOI EFFETTUARE:**

#### DISINFEZIONE A VAPORE DINAMICA

in conformità alla norma AFNOR NF T72-110<sup>1</sup> Erogare vapore, perpendicolarmente alla superficie, mantenendo una **distanza di 0,5 centimetri.** Effettuare almeno un passaggio alla velocità di **10 centimetri al secondo.** 



#### DISINFEZIONE A VAPORE STATICA

Erogare vapore, perpendicolarmente alla superficie, mantenendo una

distanza di massimo 10 centimetri (stand distanziatore)

per 30 secondi consecutivi.

Il vapore sarà in grado di trattare un'area con un diametro di circa 10 cm.



### AZIONE IGIENIZZANTE FREQUENTE

Erogare vapore con lenti e ripetuti passaggi per circa 10 centimetri al secondo sulla superficie.



Fare riferimento alla sottostante tabella per il trattamento delle diverse superfici e tessuti. In base al trattamento da effettuare, la tabella indica:

- Uso dello stand distanziatore aperto (distanza 10 cm) o chiuso (distanza ravvicinata);
- Utilizzo dell'accessorio concentratore (dritto o curvo);
- Inserimento del flacone HPMed o di quello vuoto.

		STAND DISTANZIATORE		ACCESSORIO CONCENTRATORE	HPMED <sup>2</sup>
	Ref.	-	DISINFEZIONE A VAPORE DINAMICA		
SUPERFICI DURE (Inclusi i vetri)		✓	DISINFEZIONE A VAPORE STATICA	-	✓
	<u>•</u>	✓	AZIONE IGIENIZZANTE FREQUENTE		
IMBOTTITI (cuscini, sedie imbottite, poltrone, materassi)	OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		-	-	✓
TESSUTI / CAPI DI ABBIGLIAMENTO <sup>3</sup>			-	-	<b>√</b>
APPARECCHI ELETTRICI <sup>4</sup>			✓	-	√
TUBI DI SCARICO E GRIGLIE	Signature 200		-	DRITTO	MONTARE FLACONE VUOTO
WC / PUNTI INACCESSIBILI	Wassers To St.			CURVO	MONTARE FLACONE VUOTO

Dopo il trattamento, attendere l'asciugatura rapida e spontanea delle superfici e dei tessuti.

I tempi di asciugatura dipendono dalle condizioni ambientali (temperatura e umidità), da un corretto uso dell'apparecchio e dalla natura e temperatura delle superfici.

Se necessario completare l'asciugatura con un panno monouso.





#### HPMED È UN DETERGENTE CHE ELIMINA GLI ODORI.

- → È rispettoso dell'ambiente
- > Può essere utilizzato in presenza di persone e animali
- > Può essere utilizzato su superfici e tessuti senza danneggiarli

<sup>4</sup> In caso di apparecchi elettrici togliere la presa prima di effettuare qualsiasi operazione e attendere la perfetta asciugatura delle superfici.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Testato per l'ambito medicale - effetto battericida, sporicida, fungicida e virucida, incluso Coronavirus. Per maggiori informazioni e approfondimenti sui test di efficacia visita il sito poltisanisystem.com <sup>2</sup> L'utilizzo di HPMed è facoltativo, in caso di non utilizzo, montare il flacone vuoto.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In caso di tessuti particolarmente sensibili al calore evitare di concentrare il vapore su un punto fisso ed effettuare la sanificazione con ripetuti passaggi. In caso di tessuti impermeabili comportarsi come con le superfici dure.